



para clínica gastrointestinal

## ¿Qué es un neuroestimulador?

Es un dispositivo que se puede usar para estimular los nervios que se conectan a su cerebro. Puede ayudar con el dolor y otros síntomas. El dispositivo tiene una batería que está conectada a 4 electrodos. Los electrodos que se colocan en la piel están cubiertos con adhesivos.



## ¿Cómo se coloca el neuroestimulador?

El dispositivo es colocado por un médico o enfermero usando un pegamento especial. Lo usará en una oreja durante 5 días. Luego, se lo puede quitar en casa. Después de que esté apagado por 2 días, deberá volver para que le coloquen otro. Este tratamiento suele realizarse durante al menos 4 semanas seguidas.

**Colocación:** Fecha \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

**Retiro:** Fecha \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

## ¿Cómo cuida el dispositivo?

- Asegúrese de que el dispositivo y los adhesivos permanezcan en su lugar. Puede ayudar a mantenerlos en su lugar realizando la prueba que le enseñaron. Toque suavemente los adhesivos delanteros y posteriores para asegurarse de que estén en su lugar. Debe revisarlos:
  - Cada 3 a 4 horas mientras esté despierto y usándolos.
  - Cuando se despierte.
  - Después de ducharse.
  - Si siente dolor donde se encuentra alguno de los electrodos.
  - Si los síntomas regresan.
- Use los adhesivos de repuesto para cubrir los adhesivos si están sueltos.
- Mantenga el dispositivo y los adhesivos secos. No son resistentes al agua. No los moje. Para lavarse la cabeza o el cabello:
  - Cubra el dispositivo y los adhesivos con un envoltorio plástico o una toalla. Manténgalos cubiertos cuando se lave.
  - Inclíne la cabeza alejándola del lado del dispositivo cuando se duche, lave y enjuague el cabello.
- Puede seguir haciendo sus actividades como ir a la escuela y practicar la mayoría de los deportes. No nade ni ponga su cabeza debajo del agua.

## ¿Cómo me quito el dispositivo?

Puede quitarse el dispositivo en casa.

- Retire el dispositivo exactamente cinco días después de colocarlo.  
**Ejemplo:** Si el dispositivo se colocó el martes a las 3 p.m., debe retirarlo el domingo a las 3 p.m.
- Retire el estimulador tirando de los adhesivos. Esto también sacará el estimulador de la parte posterior de su oreja.
- Puede lavar el área después de retirar el dispositivo.
- Coloque el estimulador en la bolsa para material biológico peligroso provista. Tire la bolsa en un contenedor para objetos punzocortantes. Si no tiene un contenedor para objetos punzocortantes, llévelo a su próxima cita.

**ALERTA:** Llame al médico o al personal de enfermería de su hijo o a la clínica si tiene alguna inquietud o si su hijo tiene algún dolor que no pueda controlar, irritación, fiebre o sarpullido alrededor del lugar de colocación.

- Llame a la línea de enfermería del consultorio gastrointestinal (414-266-8490) en caso de alguna emergencia, de lunes a viernes.
- Los fines de semana, llame al personal del centro gastrointestinal de guardia a través del operador del hospital (414-266-2000).
- Pregunte a su médico o enfermero si su hijo tiene necesidades especiales de atención médica que no se mencionaron en esta hoja informativa.

**Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:**

<https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents>

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.**