

Programa de cuidado del equipo del respirador



y duración de la batería

Limpieza

Limpiar con agua tibia y jabón

	Diariamente	Semanalmente	Mensualmente	Según sea necesario
Recipiente y tapa de aspiración	✓			
Equipo del nebulizador	✓			
Cintas traqueales	✓			
Resucitador manual		✓		
Cinturón del monitor de apnea		✓		✓
Tubo de aspiración				✓

Limpiar con alcohol de frotar

	Diariamente	Semanalmente	Mensualmente	Según sea necesario
Sonda de temperatura			✓	

Desinfección

Desinfectar con Control III o agua con vinagre

	Diariamente	Semanalmente	Mensualmente	Según sea necesario
Resucitador manual		✓		
Recipiente y tapa de aspiración		✓		
Equipo del nebulizador		✓		

Cambio del equipo

Cambio del equipo					
	2 veces al día	Diaria - mente	Semanal- mente	Mensual - mente	Según sea necesario
Recipiente y tapa de aspiración				✓	
Tubo de aspiración			✓		
Filtro de aspiración				✓	
Equipo del nebulizador			✓		
Bolsa de agua					✓
Tubo con el alambre caliente				✓	
Bolsa desechable				✓	
Recipiente para el agua			✓		
Máscara traqueal (alterne con una máscara limpia)		✓			
Cintas traqueales		✓			✓
Cánula de traqueotomía			✓		✓
Tubería del oxígeno				✓	
Cámara del inhalador de dosis medida (MDI, por sus siglas en inglés)				✓	

Duración de las pilas de los equipos

Equipo	Duración de la batería
Aspiración	45 min. en funcionamiento continuo
Monitor de apnea	15 horas
Oxímetro de pulso	4 a 6 horas
LTV Interna/ Portátil	1 hora/ 3 horas
Trilogy 100 Interna/ Portátil	3 horas
Trilogy Evo – Externa/Portátil	7 1/2 horas
Astral Interna – Interna/ Portátil	8 horas

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.